

 INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d. NOVI SAD		 ATC 01-073 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	
Laboratorija za ispitivanje, Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad			
Kontakt osoba: Goran Knežević, dipl.inž.tehnol.		e-mail: goran.knezevic@institut.co.rs	

Naziv dokumenta		IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU AMBIJENTALNOG VAZDUHA	
Poslovno ime i sedište naručioca ispitivanja ¹	Naziv firme	POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	
	Adresa	Bulevar Mihajla Pupina 16	
	Poštanski broj	21000 Novi Sad	
Poslovno ime i sedište izvršioca ispitivanja	Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9a Laboratorija za ispitivanje, Departman za ekotoksikološka ispitivanja		
Ovlašćenje	Dozvola za merenje kvaliteta vazduha Ministarstva zaštite životne sredine broj 003524875 2025 od 25.09.2025. godine.		
Akreditacija	Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije broj 01-073 od 26.03.2025. godine Akreditacionog tela Srbije.		
Broj radnog naloga	RN04-06-131/25	broj izveštaja (po radnom nalogu)	9
Plan merenja / Zapisnik o uzimanju uzoraka vazduha	116 / 2025		
Korišćeni normativni dokumenti:	Zakon o zaštiti vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 10/13, 26/21 i 51/25; Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013 – u daljem tekstu: Uredba		
Broj izveštaja i datum izveštaja	INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD Broj DI. <u>07-513/2025-9</u> <u>26.11.</u> 20 <u>25</u> God NOVI SAD, Marka Miljanova 9 i 9A		
Izveštaj izradio	Gabrijela Molnar, diplomirani hemičar		
Napomena 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke. 2. Izveštaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti, bez odobrenja laboratorije. 3. Laboratorija je odgovorna za sve informacije date u izveštaju, osim za one dobijene od korisnika (oznaka ¹). 4. Rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen (kada je uzorak dostavio korisnik). 5. Laboratorija primenjuje pravilo odlučivanja - binarno pravilo jednostavnog prihvatanja, nivo poverenja 95%.			



I PODACI O MERNIM MESTIMA				
Lokacija merenja		Zrenjanin		
Oznaka	Naziv mernog mesta		GPS koordinate	
MM 1	Automatska stanica-Zrenjanin (bazna), OŠ „Petar Petrović Njegoš“ ul.Stražilovska bb		N	45,3792227
			E	20,3692565
MM 2	Automatska stanica-Zrenjanin (saobraćajna), centralna gradska saobraćajnica, ugao Bulevara M. Milankovića i ulice cara Dušana		N	45,383533
			E	20,389653
Korišćena oprema za uzimanje uzoraka		Sekvencijalni uzorkivač vazduha proizvođača DIGITEL, model LVS DPA14 (u skladu sa referentnom metodom SRPS EN 12341:2015)		
Napomena		Tip stanice: saobraćajna, deo lokalne mreže automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Autonomnoj pokrajini Vojvodina, kojom upravlja Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Gore navedena oprema je u vlasništvu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i ZZS, pa samim tim Institut za zaštitu na radu ne snosi odgovornost za ispunjenje zahteva standarda SRPS EN 12341:2015 u pogledu održavanja i metrološke sledivosti opreme za uzorkovanje U periodu od 21.10 do 28.10.2025. nije bilo uzorkovanja, aparati su bili na etaloniranju.		

II PODACI O METODAMA ISPITIVANJA/UZORKOVANJA	
Oznaka	Naziv metode
SRPS EN 15549:2010	Standardna metoda za merenje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta (tehnika GC/MS)
SRPS EN 12341:2015	Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM ₁₀ ili PM _{2,5} masene koncentracije suspendovanih čestica (gravimetrija)
SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008/AC:2013	Standardna metoda za određivanje Pb, Cd, As i Ni u frakciji PM ₁₀ suspendovanih čestica (tehnika AAS)

**III REZULTATI ISPITIVANJA**

Rezultati ispitivanja za MM 1				
Datum (period) prijema uzoraka		21.10.2025.		
Datum početka ispitivanja		22.10.2025.	Datum završetka ispitivanja	30.10.2025.
Period uzorkovanja	Suspendovane čestice frakcija PM ₁₀		Benzo(a)piren	
	Lab. br.	[µg/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]
29.09.2025. 00:00-23:59	I 580/3	16.47	I 580/3	< 0.10
**3.10.2025. 00:00	I 580/11	13.56	I 580/11	0.182
4.10.2025.	I 580/13	18.64	I 580/13	0.185
5.10.2025.	I 580/15	11.96	I 580/15	0.115
6.10.2025.	I 580/17	7.85	I 580/17	< 0.10
7.10.2025.	I 580/19	11.34	I 580/19	< 0.10
8.10.2025.	I 580/21	13.86	I 580/21	< 0.10
9.10.2025.	I 580/23	20.62	I 580/23	< 0.10
10.10.2025.	I 580/25	17.24	I 580/25	< 0.10
11.10.2025.	I 580/27	14.94	I 580/27	< 0.10
12.10.2025.	I 580/29	15.94	I 580/29	< 0.10
13.10.2025.	I 580/31	22.12	I 580/31	0.133
14.10.2025.	I 580/33	24.48	I 580/33	0.150
15.10.2025.	I 580/35	37.48	I 580/35	0.304
16.10.2025.	I 580/37	29.46	I 580/37	0.166
17.10.2025.	I 580/39	29.96	I 580/39	0.262
18.10.2025.	I 580/41	27.36	I 580/41	0.149
19.10.2025.	I 580/43	21.31	I 580/43	1.026
20.10.2025. 23:59	I 580/45	45.22	I 580/45	0.712
Zahtev za kvalitet vazduha*	GV	50	/	/

* Zahtev za kvalitet vazduha dat je prema Uredbi (GV za suspendovane čestice frakcija PM₁₀ za period usrednjavanja jedan dan, definisana je prilogom X, odeljak B Uredbe).

**30.09., 1.10. i 2.10.2025. aparat na MM 1 nije radio, te za ove dane nema podataka za gore navedene parametre.

Skraćenice u tabeli su propisane Uredbom i predstavljaju: GV – granična vrednost.



Rezultati ispitivanja za MM 1								
Datum (period) prijema uzoraka			21.10.2025.					
Datum početka ispitivanja			30.10.2025.			Datum završetka ispitivanja		
						12.11.2025.		
Period uzorkovanja	Olovo-Pb u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀		Arsen-As u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀		Kadmijum-Cd u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀		Nikl-Ni u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀	
	Lab. br.	[µg/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]
29.09.2025. 00:00-23:59	I 580/3	0.0105	I 580/3	0.75	I 580/3	0.24	I 580/3	< 2
**3.10.2025. 00:00	I 580/11	0.0073	I 580/11	0.77	I 580/11	0.22	I 580/11	< 2
4.10.2025.	I 580/13	0.0117	I 580/13	1.95	I 580/13	0.25	I 580/13	< 2
5.10.2025.	I 580/15	0.0109	I 580/15	1.20	I 580/15	0.26	I 580/15	< 2
6.10.2025.	I 580/17	0.0079	I 580/17	< 0.5	I 580/17	0.15	I 580/17	< 2
7.10.2025.	I 580/19	0.0073	I 580/19	< 0.5	I 580/19	< 0.1	I 580/19	< 2
8.10.2025.	I 580/21	0.0074	I 580/21	0.62	I 580/21	0.12	I 580/21	< 2
9.10.2025.	I 580/23	0.0127	I 580/23	1.01	I 580/23	0.23	I 580/23	< 2
10.10.2025.	I 580/25	0.0103	I 580/25	1.42	I 580/25	0.14	I 580/25	< 2
11.10.2025.	I 580/27	0.0082	I 580/27	0.59	I 580/27	0.15	I 580/27	< 2
12.10.2025.	I 580/29	0.0079	I 580/29	< 0.5	I 580/29	0.17	I 580/29	< 2
13.10.2025.	I 580/31	0.0089	I 580/31	0.59	I 580/31	0.18	I 580/31	< 2
14.10.2025.	I 580/33	0.0099	I 580/33	0.91	I 580/33	0.21	I 580/33	< 2
15.10.2025.	I 580/35	0.0120	I 580/35	0.99	I 580/35	0.28	I 580/35	< 2
16.10.2025.	I 580/37	0.0096	I 580/37	0.59	I 580/37	0.29	I 580/37	< 2
17.10.2025.	I 580/39	0.0121	I 580/39	1.19	I 580/39	0.36	I 580/39	< 2
18.10.2025.	I 580/41	0.0135	I 580/41	1.10	I 580/41	0.24	I 580/41	< 2
19.10.2025.	I 580/43	0.0140	I 580/43	0.73	I 580/43	0.23	I 580/43	< 2
20.10.2025. 23:59	I 580/45	0.0149	I 580/45	< 0.5	I 580/45	0.32	I 580/45	< 2
Zahtev za kvalitet vazduha*	GV	1	/	/	/	/	/	/

* Zahtev za kvalitet vazduha dat je prema Uredbi (GV za olovo u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀, za period usrednjavanja jedan dan, definisana je prilogom X, odeljak B Uredbe)

**30.09., 1.10. i 2.10.2025. aparat na MM 1 nije radio, te za ove dane nema podataka za gore navedene parametre.

Skraćenice u tabeli su propisane Uredbom i predstavljaju: GV – granična vrednost.



Rezultati ispitivanja za MM 2				
Datum (period) prijema uzoraka		21.10.2025.		
Datum početka ispitivanja		22.10.2025.	Datum završetka ispitivanja	
			30.10.2025.	
Period uzorkovanja	Suspendovane čestice frakcija PM ₁₀		Benzo(a)piren	
	Lab. br.	[µg/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]
29.09.2025. 00:00-23:59	I 580/4	17.11	I 580/4	< 0.10
**3.10.2025. 00:00	I 580/12	12.72	I 580/12	0.123
4.10.2025.	I 580/14	18.80	I 580/14	0.110
5.10.2025.	I 580/16	13.85	I 580/16	0.130
6.10.2025.	I 580/18	8.72	I 580/18	< 0.10
7.10.2025.	I 580/20	8.61	I 580/20	< 0.10
8.10.2025.	I 580/22	11.09	I 580/22	< 0.10
9.10.2025.	I 580/24	21.04	I 580/24	0.156
10.10.2025.	I 580/26	11.97	I 580/26	< 0.10
11.10.2025.	I 580/28	6.42	I 580/28	< 0.10
12.10.2025.	I 580/30	12.04	I 580/30	< 0.10
13.10.2025.	I 580/32	20.55	I 580/32	< 0.10
14.10.2025.	I 580/34	21.80	I 580/34	0.379
15.10.2025.	I 580/36	32.99	I 580/36	0.268
16.10.2025.	I 580/38	28.81	I 580/38	< 0.10
17.10.2025.	I 580/40	27.94	I 580/40	0.325
18.10.2025.	I 580/42	27.71	I 580/42	0.303
19.10.2025.	I 580/44	22.04	I 580/44	1.020
20.10.2025. 23:59	I 580/46	31.13	I 580/46	0.414
Zahtev za kvalitet vazduha*	GV	50	/	/

* Zahtev za kvalitet vazduha dat je prema Uredbi (GV za suspendovane čestice frakcija PM₁₀ za period usrednjavanja jedan dan, definisana je prilogom X, odeljak B Uredbe).

****30.09., 1.10. i 2.10.2025. aparat na MM 2 nije radio, te za ove dane nema podataka za gore navedene parametre.**

Skraćenice u tabeli su propisane Uredbom i predstavljaju: GV – granična vrednost.



Rezultati ispitivanja za MM 2								
Datum (period) prijema uzoraka		21.10.2025.						
Datum početka ispitivanja		30.10.2025.			Datum završetka ispitivanja		12.11.2025.	
Period uzorkovanja	Olovo-Pb u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀		Arsen-As u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀		Kadmijum-Cd u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀		Nikl-Ni u suspendovanim česticama frakcija PM ₁₀	
	Lab. br.	[µg/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]	Lab. br.	[ng/m ³]
29.09.2025. 00:00-23:59	I 580/4	< 0.001	I 580/4	< 0.5	I 580/4	< 0.1	I 580/4	< 2
**3.10.2025. 00:00	I 580/12	< 0.001	I 580/12	1.14	I 580/12	< 0.1	I 580/12	3.39
4.10.2025.	I 580/14	< 0.001	I 580/14	0.63	I 580/14	< 0.1	I 580/14	< 2
5.10.2025.	I 580/16	< 0.001	I 580/16	1.13	I 580/16	< 0.1	I 580/16	< 2
6.10.2025.	I 580/18	< 0.001	I 580/18	0.51	I 580/18	< 0.1	I 580/18	< 2
7.10.2025.	I 580/20	< 0.001	I 580/20	1.08	I 580/20	< 0.1	I 580/20	< 2
8.10.2025.	I 580/22	< 0.001	I 580/22	< 0.5	I 580/22	< 0.1	I 580/22	< 2
9.10.2025.	I 580/24	< 0.001	I 580/24	0.58	I 580/24	0.26	I 580/24	< 2
10.10.2025.	I 580/26	0.0018	I 580/26	1.67	I 580/26	< 0.1	I 580/26	< 2
11.10.2025.	I 580/28	< 0.001	I 580/28	1.24	I 580/28	< 0.1	I 580/28	< 2
12.10.2025.	I 580/30	0.0014	I 580/30	1.22	I 580/30	0.11	I 580/30	< 2
13.10.2025.	I 580/32	0.0010	I 580/32	0.68	I 580/32	< 0.1	I 580/32	< 2
14.10.2025.	I 580/34	0.0024	I 580/34	0.92	I 580/34	0.13	I 580/34	< 2
15.10.2025.	I 580/36	0.0058	I 580/36	1.30	I 580/36	0.19	I 580/36	< 2
16.10.2025.	I 580/38	0.0088	I 580/38	0.80	I 580/38	0.27	I 580/38	< 2
17.10.2025.	I 580/40	0.0017	I 580/40	2.33	I 580/40	0.16	I 580/40	< 2
18.10.2025.	I 580/42	0.0046	I 580/42	1.31	I 580/42	0.18	I 580/42	< 2
19.10.2025.	I 580/44	0.0051	I 580/44	1.28	I 580/44	0.22	I 580/44	< 2
20.10.2025. 23:59	I 580/46	0.0031	I 580/46	< 0.5	I 580/46	0.17	I 580/46	< 2
Zahtev za kvalitet vazduha*	GV	1	/	/	/	/	/	/

* Zahtev za kvalitet vazduha dat je prema Uredbi (GV za olovo u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀, za period usrednjavanja jedan dan, definisana je prilogom X, odeljak B Uredbe)

**30.09., 1.10. i 2.10.2025. aparat na MM 2 nije radio, te za ove dane nema podataka za gore navedene parametre.

Skraćenice u tabeli su propisane Uredbom i predstavljaju: GV – granična vrednost.

	Datum analize
Metali	12.11.2025.
Benzo(a)piren	30.10.2025.

Limit detekcije/Merna nesigurnost*			
Suspendovane čestice frakcija PM ₁₀ [µg/m ³ /%]			
1,0/1,81			
Metali			
Pb [µg/m ³ /%]	As [ng/m ³ /%]**	Cd [ng/m ³ /%]**	Ni [ng/m ³ /%]**
0,00025/12,5	0,10/20,7	0,02/14,3	0,10/19,6
Benzo(a)piren [ng/m ³ /%]			
0,01/7,86			

* Proširena merna nesigurnost (vrednost faktora pokrivanja data za slučaj normalne raspodele i 95%-tnog nivoa poverenja, $k=2$)

** Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću ciljnu vrednost (CV). Prilogom XII Uredbe definisane su CV za Arsen, Kadmijum i Nikl i iznose 6 ng/m³, 5 ng/m³ i 20 ng/m³, redom, za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM₁₀.

IV ZAKLJUČAK

MM 1: AUTOMATSKA STANICA- ZRENJANIN (BAZNA), OŠ „PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ“ UL.STRAŽILOVSKA BB

• Suspendovane čestice frakcija PM₁₀

Izmerene vrednosti koncentracije suspendovanih čestica frakcija PM₁₀, za period uzorkovanja 24 h, u ambijentalnom vazduhu **usaglašene su** sa graničnom vrednošću propisanom Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013, Prilog X, Odeljak B i to za period uzorkovanja 29.09.2025. i od 3.10.2025. do 20.10.2025. godine.

• Olovo-Pb u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀

Izmerene vrednosti koncentracije olova u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀, za period uzorkovanja 24 h, u ambijentalnom vazduhu **usaglašene su** sa graničnom vrednošću propisanom Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013, Prilog X, Odeljak B i to za period uzorkovanja od 29.09.2025. i od 3.10.2025. do 20.10.2025. godine.

• Arsen-As, kadmijum-Cd i nikal-Ni u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀

Za arsen, kadmijum i nikal Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013 **nisu definisane granične vrednosti za 24-časovno uzorkovanje**. Uredbom su definisane ciljne vrednosti (CV), Prilog XII za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine, ali se ove vrednosti ne mogu primeniti za upoređivanje pojedinačnih rezultata sa utvrđenim vrednostima zbog nedovoljnog broja merenja. U Prilogu IX, Deo 2, Odeljak A Uredbe definisani su uslovi po pitanju broja merenja radi ocenjivanja kvaliteta vazduha u smislu postojanja minimum 14 % merenja od ukupnog broja dana u kalendarskoj godini, što iznosi minimum 56 dan merenja tokom kalendarske godine.

- **Benzo(a)piren u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀**

Za benzo(a)piren *Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013 nije definisana granična vrednost za 24-časovno uzorkovanje.* *Uredbom je definisana ciljna vrednost (CV), Prilog XII za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine, ali se ova vrednost ne može primeniti za upoređivanje pojedinačnih rezultata sa utvrđenim vrednostima zbog nedovoljnog broja merenja. U Prilogu IX, Deo 2, Odeljak A Uredbe definisani su uslovi po pitanju broja merenja radi ocenjivanja kvaliteta vazduha u smislu postojanja minimum 14 % merenja od ukupnog broja dana u kalendarskoj godini.*

**MM 2: AUTOMATSKA STANICA- ZRENJANIN (SAOBRAĆAJNA),
CENTRALNA GRADSKA SAOBRAĆAJNICA,
UGAO BULEVARA M. MILANKOVIĆA I ULICE CARA DUŠANA**

- **Suspendovane čestice frakcija PM₁₀**

Izmerene vrednosti koncentracije suspendovanih čestica frakcija PM₁₀, za period uzorkovanja 24 h, u ambijentalnom vazduhu **usaglašene su** sa graničnom vrednošću propisanom *Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013, Prilog X, Odeljak B* i to za period uzorkovanja od 29.09.2025. i od 3.10.2025. do 20.10.2025. godine.

- **Olovo-Pb u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀**

Izmerene vrednosti koncentracije olova u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀, za period uzorkovanja 24 h, u ambijentalnom vazduhu **usaglašene su** sa graničnom vrednošću propisanom *Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013, Prilog X, Odeljak B* i to za period uzorkovanja od 29.09.2025. i od 3.10.2025. do 20.10.2025. godine.

- **Arsen-As, kadmijum-Cd i nikal-Ni u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀**

Za arsen, kadmijum i nikal *Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013 nisu definisane granične vrednosti za 24-časovno uzorkovanje.* *Uredbom su definisane ciljne vrednosti (CV), Prilog XII za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine, ali se ove vrednosti ne mogu primeniti za upoređivanje pojedinačnih rezultata sa utvrđenim vrednostima zbog nedovoljnog broja merenja. U Prilogu IX, Deo 2, Odeljak A Uredbe definisani su uslovi po pitanju broja merenja radi ocenjivanja kvaliteta vazduha u smislu postojanja minimum 14 % merenja od ukupnog broja dana u kalendarskoj godini, što iznosi minimum 56 dan merenja tokom kalendarske godine.*

- **Benzo(a)piren u suspendovanim česticama frakcija PM₁₀**

Za benzo(a)piren *Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Službeni glasnik RS“, broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013 nije definisana granična vrednost za 24-časovno uzorkovanje.* *Uredbom je definisana ciljna vrednost (CV), Prilog XII za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine, ali se ova vrednost ne može primeniti za upoređivanje pojedinačnih rezultata sa utvrđenim vrednostima zbog nedovoljnog broja merenja. U Prilogu IX, Deo 2, Odeljak A Uredbe definisani su uslovi po pitanju broja merenja radi ocenjivanja kvaliteta vazduha u smislu postojanja minimum 14 % merenja od ukupnog broja dana u kalendarskoj godini.*

Odobrio rezultate

Laura Lukić, master hemičar
Šef odseka za fizičko-hemijska
ispitivanja

26.11.2025. godine

Odobrio izveštaj

Goran Knežević, diplomirani inženjer
tehnologije
Rukovodilac departmana za
ekotoksikološka ispitivanja



Prilog 1

Testovi podobnosti filter papira u skladu sa standardom SRPS EN 12341:2015

- Test zadržavanja čestica

Kriterijum: Filter papir treba da zadržava čestice aerodinamičke veličine 0,3 μg sa efikasnošću od $\geq 99,5\%$.

Potvrda ispunjenosti kriterijuma: Filter papir proizvođača Whatman EPM 2000 - cytiva, prečnika 47 mm, Lot No.: 18345889, ispunjava kriterijume navedenog standarda u pogledu zadržavanja čestica aerodinamičke veličine 0,3 μg sa efikasnošću od 99,95 %.

- Test postojanosti filter papira i reproduktivnosti mase

Kriterijum postojanosti: Gubitak mase sa filter papira $\leq 40\ \mu\text{g}$.

Kriterijum reproduktivnosti: Relativna standardna devijacija za 10 nasumično odabranih filter papira $< 20\%$.

Tabela 1.

I odvaga	RSD	II odvaga	razlika	uslov postojanosti	zadovoljenje uslova postojanosti	uslov za RSD	zadovoljenje reproduktivnosti
0.155642	1.69	0.155633	0.000009	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava	$< 20\%$	Zadovoljava
0.150445		0.150449	0.000004	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.152612		0.152607	0.000005	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.149536		0.149547	0.000011	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.151522		0.151517	0.000005	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.153304		0.153321	0.000017	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.156145		0.156154	0.000009	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.148852		0.148845	0.000007	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.150238		0.150228	0.000010	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		
0.149652		0.149660	0.000008	$\leq 40\ \mu\text{g}$	Zadovoljava		

Potvrda ispunjenosti kriterijuma za postojanost: za nasumično odabranih 10 filter papira iz istog pakovanja (Lot No.: 18345889) ispunjen je uslov za gubitak mase od $\leq 40\ \mu\text{g}$.

Potvrda ispunjenosti kriterijuma za reproduktivnost: Za nasumično odabranih 10 filter papira iz istog pakovanja (Lot No.: 18345889) ispunjen je uslov relativnu standardnu devijaciju od $< 20\%$.

**- Test uticaja statičkog elektriciteta tokom vaganja**Kriterijum postojanosti: Gubitak mase sa filter papira $\leq 40 \mu\text{g}$.

Tabela 2.

I odvaga	II odvaga	razlika	uslov	zadovoljenje uslova
0.157108	0.157132	0.000024	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.148924	0.148937	0.000013	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.156618	0.156625	0.000007	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.150014	0.150028	0.000014	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.150330	0.150339	0.000009	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.150445	0.150453	0.000008	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.152612	0.152636	0.000024	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.149536	0.149527	0.000009	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.149455	0.149463	0.000008	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.149695	0.149708	0.000013	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava

* Filter papiriri su najpre vagani bez uticaja statičkog elektriciteta (I odvaga), a zatim su vagani nakon izlaganja poljem sa statičkim elektricitetom (II odvaga).

Potvrda ispunjenosti kriterijuma: Za nasumično odabranih 10 filter papira iz istog pakovanja (Lot No.: 18345889) ispunjen je uslov za gubitak mase od $\leq 40 \mu\text{g}$.

- Test upijanja vlage filter papiraKriterijum testa: $m_2 - m_3 \leq 40 \mu\text{g}$ i $m_3 - m_7 \leq 40 \mu\text{g}$

Tabela 3.

m2	m3	razlika m_3 i m_2	uslov	zadovoljenje uslova	m7	razlika m_3 i m_7	uslov	zadovoljenje uslova
0.155649	0.155639	0.000010	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.155648	0.000009	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.150453	0.150459	0.000006	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.150450	0.000009	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.152607	0.152615	0.000008	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.152608	0.000007	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.149543	0.149549	0.000006	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.149555	0.000006	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.151521	0.151528	0.000007	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.151523	0.000005	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.153325	0.153321	0.000004	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.153336	0.000015	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.156139	0.156147	0.000008	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.156136	0.000011	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.148860	0.148855	0.000005	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.148871	0.000016	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.150244	0.150237	0.000007	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.150245	0.000008	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava
0.149647	0.149656	0.000009	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava	0.149661	0.000005	$\leq 40 \mu\text{g}$	Zadovoljava

* Odvage kondicioniranih (temp. $20 \pm 1^\circ\text{C}$ i vlaga 45-50%) filter papira drugog (m_2), trećeg (m_3) i sedmog dana (m_7). Filteri se najpre izlože vlažnosti vazduha od blizu 100% u trajanju od 15 dana. Potom se rekondicioniraju i vagaju nakon drugog, trećeg i sedmog dana..

Potvrda ispunjenosti kriterijuma: Za nasumično odabranih 10 filter papira iz istog pakovanja (Lot No.: 18345889) ispunjen je uslov za gubitak mase od $\leq 40 \mu\text{g}$.